



Measurements Group Messtechnik GmbH
Lochhamer Schlag 6 • 82166 Lochham • Telefon: 089 8589 610 • Fax: 089 8589 6129
E-Mail: mggermany@compuserve.com
Technisches Büro Süd-West ■ Dipl.-Ing. Dieter Schröder
Brühlstr. 29 • 73563 Mögglingen
Telefon: 07174 374 • Fax: 07174 6747 • E-Mail: mmg@dieterschroeder.de

Technische Information

Ausgasverhalten von Klebstoffen

Wir werden häufig nach dem Ausgasverhalten von Klebern gefragt, und ob wir diesbezügliche Tests durchgeführt hätten. Es wurde von uns nicht getestet, aber es liegen NASAReferenzpublikationen vor, die von entsprechenden Tests berichten und die Kleber M-Bond 610, M-Bond AE-10 und M-Bond AE-15 für ausgaskritische Anwendungen freigeben. Diese Publikationen sind:

NASA Ref. 1124 Rev. 3 (Goddard)

MSFC 527 Rev. E (Marshall)

JSC 09604 Rev. E (Johnson)

In der Regel sind diese Publikationen von der NASA beziehbar oder sogar im Internet auf der NASA-Web-Site zu finden, zumindest sind dort die Bestellformalitäten angegeben.

Diese Information stammt von Günter Haberzettl vom 26.04.1999

Erstellt: 04.05.1999

Überarbeitet: 03.12.2000